



Załącznik nr 1 do Oferty – aktualizacja z dn. 07.09.2017 r.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
|-------|---|---|-------------------|
| | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta | |
| I.1. | Defibrylator AED do udzielenia pierwszej pomocy | Tak | |
| I.2. | Przenośny, lekki, półautomatyczny defibrylator | Tak | |
| I.3. | Impuls dwufazowy, wykładniczy, impedancja skompensowana | Tak | |
| I.4. | Energia: minimum 150J z możliwością redukcji do wartości poniżej 50 J przy wykorzystaniu elektrod pediatrycznych | Tak | |
| I.5. | Dokładność energii defibrylacji zgodnie z IEC EN60601-2-4 | Tak | |
| I.6. | Instrukcje głosowe prowadzące operatora podczas obsługi | Tak | |
| I.7. | Czas cyklu defibrylacja-defibrylacja: poniżej 20 s | Tak | |
| I.8. | Funkcja detekcji kardiostymulatora | Tak | |
| I.9. | Kontrola ładowania automatyczna z systemem wykrywania arytmii i kontroli ładowania | Tak | |
| I.10. | Sygnalizacja pełnego naładowania w postaci dźwiękowej i wizualnej | Tak | |
| I.11. | Automatyczne rozładowanie po naładowaniu w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - nie wykonania defibrylacji w czasie poniżej z zakresu 10-20 sekund, - zmiany rytmu serca pacjenta na niezalecany do defibrylacji, - wyłączenia urządzenia, - usunięcia elektrod z pacjenta, - odpięcia łącznika elektrod. | Tak | |
| I.12. | Bateria o pojemność min. 200 wyładowań lub ponad 3 godzin ciągłej pracy | Tak | |
| I.13. | Masa urządzenia z baterią: poniżej 2,5 kg | Tak | |
| I.14. | W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> - Defibrylator w standardowej konfiguracji (z podłączonymi elektrodami dla dorosłych), - 10 zestawów jednorazowych elektrod dla dorosłych, - 10 zestawów jednorazowych elektrod pediatrycznych, - Skrzynka ścienna z systemem montażu. | Tak | |
| I.15. | Parametry defibrylatora zgodne z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ECR2015 | Tak | |

PHU "TECHNOMEX" Sp. z o.o.
44-141 GL: WICE, ul. Szparagowa 15
tel./fax (032) 238 27 93, 401 03 50, 231 66 60
e-mail: biuro@technomex.pl
www.technomex.pl

V-CE PREZES
Anna Szczepaniak

(data, miejscowość)

(podpis i pieczęć)