



Załącznik nr 1 do Oferty

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość Wymagana	Wartość oferowana
	DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta	
I.1.	Defibrylator AED do udzielenia pierwszej pomocy	Tak	
I.2.	Przenośny, lekki, półautomatyczny defibrylator	Tak	
I.3.	Impuls dwufazowy, wykładniczy, impedancja skompensowana	Tak	
I.4.	Energia: 200J z możliwością redukcji do wartości poniżej 50 J przy wykorzystaniu elektrod pediatrycznych	Tak	
I.5.	Dokładność energii defibrylacji zgodnie z IEC EN60601-2-4	Tak	
I.6.	Instrukcje głosowe prowadzące operatora podczas obsługi	Tak	
I.7.	Czas cyklu defibrylacja-defibrylacja: poniżej 20 s	Tak	
I.8.	Funkcja detekcji kardiostymulatora	Tak	
I.9.	Kontrola ładowania automatyczna z systemem wykrywania arytmii i kontroli ładowania	Tak	
I.10.	Sygnalizacja pełnego naładowania w postaci dźwiękowej i wizualnej	Tak	
I.11.	Automatyczne rozładowanie po naładowaniu w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - nie wykonania defibrylacji w czasie poniżej z zakresu 10-20 sekund, - zmiany rytmu serca pacjenta na niezalecany do defibrylacji, - wyłączenia urządzenia, - usunięcia elektrod z pacjenta, - odpięcia łącznika elektrod. 	Tak	
I.12.	Bateria o pojemność min. 200 wyładowań lub ponad 3 godzin ciągłej pracy	Tak	
I.13.	Masa urządzenia z baterią: poniżej 2,5 kg	Tak	
I.14.	W zestawie: <ul style="list-style-type: none"> - Defibrylator w standardowej konfiguracji (z podłączonymi elektrodami dla dorosłych), - 10 zestawów jednorazowych elektrod dla dorosłych, - 10 zestawów jednorazowych elektrod pediatrycznych, - Skrzynka ścienna z systemem montażu. 	Tak	

PHU "TECHNOMEX" Sp. z o.o
ul. Szperagowa 15
44-141 GLIWICE
NIP: 631-000-01-38

PREZES
Janusz Franczyk

(data, miejscowość)

(podpis i pieczęć)

